

物品購入一般競争入札公告

社会福祉法人 松峰会において、下記の通り物品購入の一般競争入札を行うので、公告します。

令和7年12月1日

社会福祉法人 松峰会

理事長 石井 峰夫

記

1. 入札内容

- (1) 件名 特別養護老人ホーム松峰苑および併設するショートステイ
介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT 機器の
購入
- (2) 購入仕様及び予定数量 見守りベッド49台。 詳細は仕様書の通り。
ただし、同等品以上のものとする場合は、入札前(質問提出
期間内)にカタログ等を当法人に提出して、その承認を得る
ものとする。なお、承認した物品については、参加者全員に
その質問の回答を合わせて通知する。
- (3) 納品場所 社会福祉法人松峰会 特別養護老人ホーム松峰苑
千葉県松戸市高塚新田488-9
- (4) 納入期限 令和8年1月31日(火)まで
※詳細日程は法人と協議の上で決定
- (5) 最低落札価格 22,000,000 円(税込)

2. 入札手続きの方法

- (1) 入 札 方 法 一般競争入札
- (2) 入 札 日 時 令和7年12月23日(火)13時
- (3) 入 札 場 所 特別養護老人ホーム松峰苑 1階会議室
- (4) 入 札 保 証 金 なし
- (5) 最低制限価格 なし

3. 入札参加資格

- (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
- (2) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に自治体の競争入札参加資格者指名停止事務処理事項に基づく指名停止を受けていない者
- (3) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に自治体契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく指名停止を受けていない者
- (4) 法人格を有する者

- (5) 千葉県または松戸市の物品等競争入札参加資格者名簿に登載されている者
- (6) 納品後の点検、修理等を適切かつ迅速に対応できる体制を有する者
- (7) 正常な競争入札の執行を妨げる等の行為を行わず及び行う恐れがない者

4. 入札参加資格確認申請手続き

- (1) 申し込み方法 提出書類一式を期日までに提出
- (2) 申請期限 公告日から令和7年12月12日(火) 午後16時まで
※受付時間は、午前10時から午後4時まで。但し、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。
- (3) 申請方法 特別養護老人ホーム松峰苑（納品場所と同じ）事務室への持参または郵送
- (4) 提出書類 ①入札参加資格確認申請書（様式 No1-①）
②入札参加資格決定通知書
③会社案内・会社経歴書等(自由書式)
※提出された書類は、原則返却いたしません。
※原本送付時名刺を同封してください。
- (5) 結果通知 全ての申請者に対して書面で入札参加資格の確認結果を通知

5. 仕様書の配布と質問及び回答の方法と時期

- (1) 仕様書の配布 公告日に松峰会の1階掲示板に掲載
- (2) 質問受付期限 令和7年12月16日(火) 午後4時まで
- (3) 質問方法 社会福祉法人松峰会へメールでお問い合わせくださいませ。
「質問」と記入のうえ、次のメールアドレスに送付。
E-mail: m-ishii@syouhoukai.com 担当 石井 峰義
※件名を「松峰苑 質問回答書」としてください。
- (4) 回答日 令和7年12月17日(水) までに回答。
- (5) 回答方法 送信元のメールアドレスに返信。
- (6) その他 質問に対する回答の全ての内容は、全ての入札参加者に通知し、また全ての入札参加者に適用する

6. 落札者の決定方法

- (1) 最低価格で入札した者を落札者とする。なお、最低価格の入札者が同額で2人以上いる場合は、くじ引きで落札者を決定する。
- (2) 予定価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する（再度の入札は1回まで実施する）。なお、初回入札に参加しない者は、再度入札には参加できない。
- (3) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、最低価格で入札した者で契約締結の意思が

ある場合に、次の条件を遵守したうえで交渉による随意契約を行うものとする（最低価格で入札した者に契約締結の意思がない場合は、順次、次に低い価格で入札した者を対象とする）。

- ①随意契約であっても契約額は、予定価格の範囲内であること。
 - ②交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。
 - ③入札にあたっての条件等を変えることは認められないこと。
 - ④契約額が確定した場合は、その内容を書面にして事業者及び業者が署名捺印すること。
- (4) 入札に参加する者が1者のみの場合は、1回のみ入札を行うものとする。

7. 入札に関する注意事項

- (1) 代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。
- (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札参加者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (3) 入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。
- (4) 落札者は入札金額見積内訳書を提出すること。
- (5) 次の各事項に該当する入札は無効とする。
 - ①入札に参加する資格がない者がした入札
 - ②代理人で委任状を提出しない者がした入札
 - ③他人の代理を兼ねた者がした入札
 - ④二以上の入札書を提出した者がした入札
 - ⑤二以上の者の代理をした者がした入札
 - ⑥郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札
 - ⑦談合その他不正行為があったと認められる入札
 - ⑧虚偽の一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札
 - ⑨入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札
 - ⑩次に掲げる入札書による入札
 - イ 入札金額を訂正した入札書
 - ロ 入札者の押印のない入札書
 - ハ その他の記載事項を訂正した場合、その箇所に押印のない入札書
 - ニ 押印された印影が明らかでない入札書
 - ホ 記載すべき事項の記入の入札書又は記入した事項が明らかでない入札書
 - ⑪その他公告に示す事項に反した者がした入札
- (6) 談合に関する情報提供があった場合は、情報提供者及び入札参加者から事情を聴取し、関係行政機関と協議のうえ、入札の延期又は中止することがある。

8. 契約手続等

- (1) 本契約は、入札後の社会福祉法人松峰会の理事会の議決事項であるため、理事会の議決後すみやかに、正式に締結する。
- (2) 契約保証金の徴収は免除する。
- (3) 支払方法は現金振込とし、納品・検品完了後の翌月末までに契約金の全額を支払うものとする。なお、落札業者は納品・検品完了後すみやかに「納品書」・「請求書」の発行を行うものとする。
- (4) 落札業者は支払い完了後すみやかに領収書を発行するものとする。

9. 問合せ先

- | | |
|------------|-------------------------|
| (1) 担当者氏名 | 施設長 石井 峰義 |
| (2) 住 所 | 千葉県松戸市高塚新田4 8 8 - 9 |
| (3) 電話番号 | 0 4 7 - 3 9 1 - 8 1 0 0 |
| (4) E-mail | m-ishii@syouhoukai.com |

以上

入札参加資格確認申請書

住 所
商号又は名称

(1) 担当者所属・氏名
(2) 電 話 番 号
(3) F A X 番 号
(4) メールアドレス

令和 年 月 日

入札参加資格確認通知書

日本ライフケア株式会社 様

社会福祉法人 松峰会
理事長 石井 峰夫

下記のとおり公告した工事につきまして、入札参加資格の確認結果を通知します。

記

公告年月日	令和7年12月2日
工事名	特別養護老人ホーム松峰苑 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて 行う介護ロボット・ICT 機器の購入
工事場所	千葉県松戸市高塚新田488-9
確認結果	適合 ・ 不適合
不適合の理由	

以上

※適合者には、

- ・ 入札書
- ・ 委任状
- ・ 入札辞退届
- ・ 入札書提出に係る指示事項
- ・ 質問回答書
- ・ 設計図書

をお送りしますので、ご確認ください。

入 札 書

令和 年 月 日

社会福祉法人 松峰会
理事長 石井 峰夫 様

住 所 _____
商 号 又 は _____
名 称 _____

代 表 者 氏 名 _____ 印

代 理 人 氏 名 _____ 印

次の金額で入札致します。

記載金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額（消費税及び地方消費税相当額を除いた金額）です。

金 額			十億			百万			千			円

- 入札の名称 特別養護老人ホーム松峰苑園 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT機器の購入
- 納品等の場所 千葉県松戸市高塚新田488-9
- 入札保証金 免除

(注意事項)

- 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
- 代理人による入札の場合は必ず委任状が必要となり、入札書の代理人欄の押印は、委任状に押印した印を使用すること。

入 札 委 任 状

令和 年 月 日

社会福祉法人 松峰会
理事長 石井 峰夫 様

住 所
商号又は名称
代表者職氏名

印

私は都合により次の者を代理人と定め、下記案件の開札立会いに関する一切の権限を委任いたします。

代理人氏名

印

記

- 1 入札の名称 特別養護老人ホーム松峰苑 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて
行う介護ロボット・ICT 機器の購入
- 2 納品等の場所 千葉県松戸市高塚新田488-9

令和 年 月 日

社会福祉法人 松峰会
理事長 石井 峰夫 様

所 在 地
会 社 名
職・氏名

印

入札辞退届

令和7年6月6日に実施される下記工事の一般競争入札につきまして、ご辞退申し上げます。

記

1. 工 事 名 特別養護老人ホーム松峰苑 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う
介護ロボット・ICT 機器の購入
2. 工事場所 千葉県松戸市高塚新田488-9

以上

入札書提出に係る指示事項

使用封筒（長 3120 mm×235 mm 相当）

【封筒への記載事項について】


- ・ 日付
- ・ 工事名称：「特別養護老人ホーム松峰苑 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT 機器の購入」
- ・ 「入札書在中」の記載
- ・ 会社住所
- ・ 会社名
- ・ 担当者名

【封入すべき書類】

- ・ 入札書(指定書式あり)
- ・ 委任状(必要に応じて使用。指定書式あり)
- ・ 見積もり書(内訳が分かるもの)
- ・ 入札辞退届(辞退の場合使用。指定書式あり)
- ・ 担当者名刺

【封印、封かんについて】

仕様する封筒に応じて、封かんし、封筒の継ぎ目に封印をします。原則、封印は入札書に押印する印と同じものとしてください。



【札入れについて】

入札日：令和7年12月23日（水）11時

入札場所：千葉県松戸市高塚新田488-9 1階会議室

提出方法：持参

入札仕様書 特養分	
<性能・機能に関する要件>	
1	センサ付き低床3モーターベッドは下記の要件を備えること。 台数29台 参考商品 フランスベッド(株) FBD-N236R M2 Wi-Fi
1-1	ベッドの外形寸法は、全長2,150mm以下の範囲で、全幅950mm以下であること。
1-2	最低床高は、280mm以下、最高床高は620mm以上であること。
1-3	サイドからの看護が容易で、ベッドからの離着床やストレッチャー・車いすへの移乗がしやすい 全長ノンサイドフレーム構造であること。
1-4	ベッドサイドに、格納式のサイドレール取付孔を片側5個以上有し、サイドレールがベッドの中央部にも取付けできる構造であること。
1-5	背上げ・脚上げ・高さが電動式で、手元スイッチにより各動作の操作ができること。
1-6	背上げと脚上げを連動させる機能を有すること。また、看護効率アップの為、背上げと脚上げ・高さ調節の3つの動作が同時に行えること。
1-7	背上げ角度0～75度、脚上げ角度0～40度の範囲内で調節できる機能を有すること。
1-8	ボトムは、樹脂製の一体成型品であり、頭・背中・お尻・太もも・ふくらはぎの5分割構造で、全体が抗菌剤入りPP樹脂成型であること。
1-9	背上げ時にギャッチアップ機能と連動し、背ボトムの両サイドの床板が身体を包み込むように屈曲し、安定した座位姿勢を保つことによる転落予防安全機能を有すること。
1-10	腹部圧迫を軽減するため、背上げ・脚上げ動作の際にボトムが110度以下にならない内角保持機能を有すること。
1-11	キャスターは、125mmφの耐久性に優れた双輪キャスターであること。
1-12	キャスターのストッパーは一括ロック式で、ロック動作・解除動作をフット側中央ペダルもしくはサイドペダルにて、踏むだけの動作で行えるワンウェイ方式であること。
1-13	ヘッドボード・フットボードはロック機能を有し、着脱が容易である事。
1-14	停電時などの無電力状態の際に床板をフラットに戻す解除レバーを有すること。
1-15	ベッドフレーム内に4つのセンサーを内蔵し、5つの通知モード「動き出し」・「起上り」・「端座位」・「離床」・「離床管理」の内、任意のタイミングでナースコールへ発報可能な通知機能を備えること。
1-16	「動き出し」・「起上り」・「端座位」での設定時には通常通知に加えて、離床時に再度通知を行う安全機能を有すること。
1-17	通知を中断可能な一時停止機能を有し、一定時間経過か利用者がベッドに戻ったタイミングで自動的に一時停止から見守りモードに再開する機能を有すること。
1-18	センサー用手元スイッチには液晶画面を装備し、画面に操作ガイドが表示される構造にて看護職員が簡単に設定・操作が可能であること。
1-19	センサーは重量検知タイプで、見守り機能に加え体重情報を収集可能とし、利用者着床時に自動的に体重データを収集して日平均値を表示可能な機能を有すること。

入札仕様書 短期入所分

<1> センサ付低床型電動ベッドは以下の要件を満たすこと。

○センサ付低床3モーターベッド × 20台

参考商品 フランスベッド社製 FB-035 L-3・B30 M2 Wi-Fi

または、同等品(同等品の場合は、本仕様書を満たす物品であること)

- 1-1 医療施設向けベッドであること。
- 1-2 ベッドの外形寸法は、全長2110～2130mm、全幅950～980mmの範囲内であること。
- 1-3 最低床高は258mm以下、最高床高603mm以上であること。
- 1-4 フレーム本体のメーリングは、防錆処理としてI¹ポ¹キ系粉体塗装であること。
- 1-5 ベッドサイドにサイドレール取付孔が片側5個以上あり、サイドレールがベッドの中央部にも取付けできる構造であること。
- 1-6 背上げ・脚上げ・ハイローが3モーターの電動式で、手元スイッチにより各動作の個別・同時操作が可能であること。
- 1-7 床板は、衛生面の観点からも抗菌剤入りPP樹脂製であり、取り外しができ洗浄できること。
- 1-8 ボトムは、背・腰・腿・脚の5部分以上の分割可動式であり、全ての床板に通気孔を有するものであること。
- 1-9 ボトムはギャッチアップの際、腹部への圧迫感の軽減を図るため、なめらかな曲線を構成すると判断される構造であること。
- 1-10 ヘッドボード・フットボードは着脱が可能で、外れ防止ストッパー付きであること。
- 1-11 ヘッドボード・フットボードは、木製で、強度があり、まわりの調度品に色調をあわせること。
- 1-12 キャスターは耐久性に優れた双輪キャスターでありJISのT-9205に基づく試験に耐えていること。
- 1-13 キャスターは100mm以上の双輪キャスターであること。
- 1-14 キャスターロックについては、4か所のロックで完全ロックになること。
- 1-15 モーター・手元スイッチは、故障時の対策として簡単に取り外し・交換が可能であること。
- 1-16 ベッドフレーム内に4つのセンサーを内蔵し、5つの通知モード「動き出し」・「起上り」・「端座位」・「離床」・「離床管理」の内、任意のタイミングでナースコールへ発報可能な通知機能を備えること。
- 1-17 「動き出し」・「起上り」・「端座位」での設定時には通常通知に加えて、離床時に再度通知行う安全機能を有すること。
- 1-18 通知を中断可能な一時停止機能を有し、一定時間経過か利用者がベッドに戻ったタイミングで自動的に一時停止から見守リモーターに再開する機能を有すること。
- 1-19 センサー用手元スイッチには液晶画面を装備し、画面に操作ガイドが表示される構造にて看護職員が簡単に設定・操作が可能であること。
- 1-20 センサーは重量検知タイプで、見守り機能に加え体重情報を収集可能とし、利用者着床時に自動的に体重データを収集して日平均値を表示可能な機能を有すること。